Lfd. Nr.	Meßmittel	Genauigkeit-	Eichfrist Bemerkungen (in Jahren)
1	2	3	4 5
32	Kolbenmanometer für absoluten Druck und Kolbenbarometer	Referenznormale nach TGL 31543/24	2
33	Flüssigkeitsmanometer für absoluten Druck	Referenznormale nach TGL 31543/24	2
34	Kompressionsvakuummeter	Referenznormale nach TGL 31543/08	3
35	Xonisationsvakuummeter	Referenznormale nach TGL 31543/08	1
36	Federmanometer für absoluten Druck	Referenznormale nach TGL 31543/08	1
37	Differenzdruckmeßgeräte bei statischen Drücken bis 20 MPa	Klasse 0,2	1
38	Normale zur Eichung der Blutdruckmeßgeräte	Fehlergrenzen: + 0,1 kPa	5
39	Kapillarviskosimeter nach Ubbelohde mit hängendem Kugelniveau		"5
	— mit einer Kapillarlänge von 300 mm		
	• für K 1 ≤ 10~6 m²/s²:	u *l* <: 5 • 10-4	
	• für K > 1 • IO-6 m²/s²: •	u g <: i • io-3	
	— mit einer Kapillarlänge von 90 mm		
	■ für K ^ 1 ■ 10-6 m²/s²:	UJ ^1 ■ io-3	• « • ' . '
	• für K > 1 • 10-6 m²/s²:	uf ^2 - 10-3	
40	Normalproben der Viskosität für eine Temperatur von 20 °C und eine Viskosität < 1 • 10-3'm²/s:	u *ν = 2 • 10-3	0,5
41	Normalelemente	Referenznormale	
		— der 1. und 2. Ordnung	0,5 für Gruppen von Normalelementen: 1
		— der 3. Ordnung	1
		— der 4. Ordnung	2
		nach TGL 31543/27	
42	Meßwiderstände für Gleich- und Wechselstrom	Referenznormale	
		— der i. und 2. Ordnung	2
		— der 3. Ordnung	5
		nach TGL 31543/14	
43	Induktive Spannungsteiler	Klasse 0,0005 oder besser	5
44	Gleichspannungsteiler	Klasse 0,01 und 0,005	5
		Klasse 0,002	2
45	Kapazitätsmeßmittel	Referenznormale der 1. bis 3. Ordnung nach TGL 31543/13	3
46	Induktivitätsmeßmittel	Referenznormale der 1. bis 3. Ordnung nach TGL 31543/15	3
47	Dämpfungsglieder		3
48	Strom- und Spannungswandler	Klasse 0,01 und 0,02	10
49	Digital und analog anzeigende Meßmittel nach TGL 37587 zur Prüfung von Wirkleistungsmessern	Fehlergrenzen: + 0,1 % oder enger	1
50	Digitalvoltmeter für Gleichspannung und Gleichspannungsstandards	Fehlergrenzen: + 0,03 %. oder enger	1
51	Digital und analog anzeigende Meßmittel für Wechselspannung und Wechselstrom sowie Wechselspannungskalibratoren	Fehlergrenzen: + 0,15% oder enger	1
52	Digital und analog anzeigende Meßmittel für Gleichstrom	Fehlergrenzen: +0,1 % oder enger	1
53	Wechselstromkompensatoren	Klasse 0,05 oder besser	5
54	Temperaturmeßmittel	Referenznormale nach TGL 31543/34	2
55	Normalmeßeinrichtungen zur Prüfung von Meßmitteln für die Wärmemengenmessung	Klasse 1,0 oder besser	3
56	Präzisionskalorimeter		2
57	Medizinische Dosimeter	Referenznormale nach TGL 31543/04 und /22	3